



S+S REGELTECHNIK

AERASGARD® RCO₂-W / RLQ-CO₂-W

AERASGARD® RFTM-(LQ)-CO₂-W / RTM-CO₂-SD

ⓓ Bedienungs- und Montageanleitung

Multifunktionaler Raumfühler bzw.
Messumformer für Feuchte, Temperatur,
Luftgüte (VOC) und CO₂-Gehalt,
kalibrierfähig, mit aktivem/schaltendem Ausgang

ⒼⒷ Operating Instructions, Mounting & Installation

Multifunctional room sensors and
measuring transducers, for humidity, temperature,
air quality (VOC) and CO₂ content,
calibratable, with active/switching output

ⓕ Notice d'instruction

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température,
la qualité d'air (COV) et de teneur en CO₂,
étalonnable, avec sortie active/tout ou rien

ⓇⓊ Руководство по монтажу и обслуживанию

Мультифункциональный датчик для
помещений /измерительный преобразователь,
для измерения влажности, температуры,
качества воздуха (VOC) и содержания CO₂,
калибруемый, с активным/релейным выходом



Edelstahlgehäuse
(optional)
Stainless steel enclosure
(optionally)
Boîtier en acier inox
(en option)
Высококачественной стали
(опционально)



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH
 PIRNAER STRASSE 20
 90411 NÜRNBERG / GERMANY

FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
 FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70

mail@SplusS.de
 www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

AERASGARD® RCO₂-W/RLQ-CO₂-W


AERASGARD® RFTM-(LQ)-CO₂-W/RTM-CO₂-SD



S+S REGELTECHNIK


Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертёж

Gehäuse **Baldur2**
Enclosure **Baldur2**
boîtier **Baldur2**
Корпус **Baldur2**



Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертёж

Edelstahlgehäuse
Stainless steel enclosure
Boîtier en acier inox
Высококачественной стали



Der wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Raumfühler **AERASGARD® RTM-CO₂-SD** mit automatischer Kalibrierung (fest eingestellt) dient zur Erfassung des CO₂-Gehaltes der Luft im Bereich von 0...2000ppm sowie der Temperatur im Bereich von 0...+50°C. Die Messgrößen werden in Normsignale von 0-10V umgewandelt.

Der wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Raumfühler **AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W** bzw. **RCO₂-W/RLQ-CO₂-W** mit automatischer Kalibrierung (abschaltbar über DIP-Schalter) dient zur Erfassung des gesamten Raumklimas. Er misst CO₂ im Bereich von 0...2000ppm oder 0...5000ppm, Luftgüte (VOC) in einer von drei wählbaren Sensibilitätsstufen LOW / MEDIUM (default) / HIGH, Temperatur im Bereich von 0...+50°C sowie die relative Luftfeuchtigkeit von 0...100% r.H. Die Messgrößen werden in Normsignale von 0-10V oder 4...20mA (über DIP-Schalter wählbar) umgewandelt. Optional können die Messgrößen als stetige Anzeige im beleuchteten Display dargestellt werden.

Formschönes Gehäuse aus Kunststoff, mit Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Lochbefestigung, für Montage auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen, mit Sollbruchstelle für Aufputzanschluss.



Die relative Feuchte (% r.H.) ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen Lufttemperatur. Ein digitaler, langzeitstabiler Sensor als Messelement für relative Luftfeuchte und Temperatur garantiert exakte Messergebnisse. Die Luftqualität wird auf Basis eines (VOC-) Mischgassensors ermittelt. Der CO₂-Gehalt der Luft wird mittels optischen NDIR-Sensors (nicht-dispersive Infrarot-Technologie) ermittelt.

TECHNISCHE DATEN		
Spannungsversorgung:	24V AC / DC (± 10%)	
Leistungsaufnahme:	RCO₂-W / RTM-CO₂-SD: < 1,5W / 24V DC typisch; < 2,9VA / 24V AC typisch; Peakstrom 200 mA RLQ-CO₂-W / RFTM-LQ-CO₂-W: < 4,4W / 24V DC typisch; < 6,4VA / 24V AC typisch; Peakstrom 200 mA	
Ausgänge:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (fest eingestellt) 0-10V oder 4...20 mA, Bürde <800 Ω (über DIP-Schalter wählbar, gewählte Variante gilt einheitlich für alle Ausgänge), mit Offset-Potentiometer (± 10% vom Messbereich)
Relais-Ausgang:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	ohne Wechsler mit potentialfreiem Wechsler (24V / 1 A) (Zuordnung über DIP-Schalter wählbar, Schalterpunkt einstellbar)
FEUCHTE		
Sensoren:	digitaler Feuchtesensor, mit integriertem Temperatursensor, kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität	
Messbereich Feuchte:	0...100% r. H.	
Arbeitsbereich Feuchte:	0...95% r. H. (ohne Betauung)	
Abweichung Feuchte:	typisch ± 2,0% (20...80% r. H.) bei +25 °C, sonst ± 3,0%	
Ausgang Feuchte:	0-10V oder 4...20mA (über DIP-Schalter wählbar)	
TEMPERATUR		
Messbereich Temperatur:	0...+ 50 °C	
Arbeitsbereich Temperatur:	0...+ 50 °C	
Abweichung Temperatur:	typisch ± 0,2K bei +25 °C	
Ausgang Temperatur:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (fest eingestellt) 0-10V oder 4...20mA (über DIP-Schalter wählbar)
LUFTQUALITÄT (VOC)		
Sensor VOC:	VOC-Sensor (Metalloxid) (volatile organic compounds = flüchtige organische Substanzen), mit manueller Kalibrierung (über Zero-Taster) und mit automatischer Kalibrierung (abschaltbar über DIP-Schalter)	
Messbereich VOC:	0...100% Luftgüte; bezogen auf Kalibriergas; Mehrbereichumschaltung (über DIP-Schalter wählbar) VOC-Sensibilität low, medium, high	
Ausgang VOC:	0-10V (0V = saubere Luft, 10V = verschmutzte Luft) oder 4...20mA (über DIP-Schalter wählbar, Schalterpunkt einstellbar von 0...100% des Ausgangssignals)	
Messgenauigkeit VOC:	± 20% EW (bezogen auf das Kalibriergas)	
Lebensdauer:	> 60 Monate (unter Normalbelastung)	
KOHLENDIOXID (CO ₂)		
Sensor CO ₂ :	optischer NDIR-Sensor (nicht-dispersive Infrarot-Technologie), mit manueller Kalibrierung (über Zero-Taster), RTM-CO₂-SD mit automatischer Kalibrierung (fest eingestellt) Rxx-CO₂-W mit automatischer Kalibrierung (abschaltbar über DIP-Schalter)	
Messbereich CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0...2000 ppm (fest eingestellt) 0...2000 ppm oder 0...5000 ppm (über DIP-Schalter wählbar)
Ausgang CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (fest eingestellt) 0-10V oder 4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar)
Messgenauigkeit CO ₂ :	typisch ± 30 ppm ± 3% des Messwerts	
Temperaturabhängigkeit CO ₂ :	± 5 ppm / °C oder ± 0,5% des Messwerts / °C (je nach dem, was größer ist)	
Fortsetzung siehe nächste Seite!		

Fortsetzung siehe nächste Seite!

TECHNISCHE DATEN		(Fortsetzung)
Druckabhängigkeit:	±0,13% / mm Hg	
Langzeitstabilität:	< 2% in 15 Jahren	
Gasaustausch:	Diffusion	
Umgebungstemperatur:	0...+ 50 °C	
Einlaufzeit:	ca. 1 Stunde	
Ansprechzeit:	< 2 Minuten	
elektrischer Anschluss:	0,14 - 1,5 mm ² , über Schraubklemmen	
Gehäuse:	Kunststoff, Werkstoff ABS, Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010), optional Edelstahl V2A (1.4301)	
Abmaße:	98 x 98 x 33 mm (Baldur2)	
Montage:	Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben/ unten bei AP	
Schutzklasse:	III (nach EN 60730)	
Schutzart:	IP 30 (nach EN 60529)	
Normen:	CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326, EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU	
Optional:	Display mit Beleuchtung , zweizeilig, Ausschnitt ca. 36 x 15 mm (B x H), zur Anzeige der Ist-Feuchte, Ist-Temperatur, Luftqualität und/oder des Ist-CO ₂ -Gehaltes	

AERASGARD® RTM-CO ₂ -SD	Raum-Temperatur- und CO ₂ -Fühler, <i>Standard</i>					
AERASGARD® RCO ₂ -W	Raum-CO ₂ -Fühler, <i>Premium</i>					
AERASGARD® RLQ-CO ₂ -W	Raum-Luftqualitäts- (VOC) und CO ₂ -Fühler, <i>Premium</i>					
AERASGARD® RFTM-CO ₂ -W	Multifunktionaler Raumfühler für Feuchte, Temperatur und CO ₂ -Gehalt, <i>Deluxe</i>					
AERASGARD® RFTM-LQ-CO ₂ -W	Multifunktionaler Raumfühler für Feuchte, Temperatur, CO ₂ -Gehalt und Luftgüte (VOC), <i>Deluxe</i>					
Typ / WG02	Messbereiche		Ausstattung		Art.-Nr.	
	Feuchte	Temperatur	CO ₂	VOC	Display	(Baldur2)
RTM-CO₂-SD			(fest eingestellt)			
RTM-CO2-SD-U	–	0...+50 °C	0...2000 ppm	–	–	1501-6182-1001-200
RCO₂-W			(umschaltbar)			
RCO2-W (ohne Display)	–	–	0...2000 / 5000 ppm	–	W	siehe RCO₂-W / RCO₂-SD
RCO2-W-DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 ppm	–	W ■	1501-6180-7321-200
RLQ-CO₂-W			(umschaltbar)			
RLQ-CO2-W	–	–	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W	1501-6181-7301-200
RLQ-CO2-W DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W ■	1501-6181-7321-200
RFTM-CO₂-W			(umschaltbar)			
RFTM-CO2-W	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	–	W	1501-6186-7301-200
RFTM-CO2-W DISPLAY	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	–	W ■	1501-6186-7321-200
RFTM-LQ-CO₂-W			(umschaltbar)			
RFTM-LQ-CO2-W	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W	1501-6188-7301-200
RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W ■	1501-6188-7321-200
Ausgänge:	0-10 V oder 4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar, gewählte Variante gilt einheitlich für alle Ausgänge) – In der <i>Standard</i> -Ausführung RTM-CO₂-SD ist 0-10 V fest eingestellt!					
Ausstattung:	W = mit Wechsler – <i>Standard</i> -Ausführung RTM-CO₂-SD ohne Wechsler!					
Hinweis:	Dieses Gerät darf nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!					



DIP-Schalter (Baldur 2)		RFTM-LQ-CO ₂ -W	
VOC-Sensibilität		DIP 1	DIP 2
LOW		OFF	OFF
MEDIUM (default)		ON	OFF
HIGH		OFF	ON
VOC-Nullpunktautomatik		DIP 3	
deaktiviert		OFF	
aktiviert (default)		ON	
CO ₂ -Gehalt		DIP 4	
0...2000 ppm (default)		OFF	
0...5000 ppm		ON	
CO ₂ -Nullpunktautomatik		DIP 6	
deaktiviert		OFF	
aktiviert (default)		ON	
Relais-Zuordnung		DIP 7	DIP 8
CO ₂ (default): 600...1900 ppm / 900...4700 ppm		OFF	OFF
VOC: 10...95 %		ON	OFF
Temperatur: +5...+48 °C		OFF	ON
Feuchtigkeit: 10...95% r.H.		ON	ON
Ausgang		DIP 9	
Spannung 0-10 V (default)		OFF	
Strom 4...20 mA		ON	
Hinweis: DIP 5 ist nicht belegt!			

D Montage und Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Die minimale CO₂-Konzentration von Außenluft beträgt in begrünten, industriearmen Gegenden ca. 350 ppm (Ausgangsspannung = 1,75 V bei MB = 0...2000 ppm bzw. 0,7 V bei MB = 0...5000 ppm). Der Gasaustausch im Sensorelement erfolgt durch Diffusion. Je nach Konzentrationsänderung und Strömungsgeschwindigkeit der Luft in Sensorumgebung kann die Reaktion des Gerätes auf die Konzentrationsänderung verzögert auftreten. Die Einbaulage des Gerätes ist zwingend so zu wählen, dass der Sensor vom Luftstrom umspült wird. Anderenfalls kann der Gasaustausch wesentlich verlangsamt oder verhindert werden.

Automatische Kalibrierung der Kohlendioxidmessung – ABC-Logik (default)

Die automatische Hintergrund-Logik (automatic background logic) ist eine Selbstkalibrierungstechnik, die für den Einsatz für Anwendungen geeignet ist, in denen die CO₂-Konzentrationen mindestens drei Mal in 7 Tagen auf Frischluftniveau (350 - 400 ppm) fällt. Dies sollte typischerweise während den Zeiten in denen die Räume nicht belegt sind erfolgen. Der Sensor erreicht seine normale Genauigkeit nach 24 Stunden Dauerbetrieb in einer Umgebung, die einer Frischluftzufuhr von 400 ppm CO₂ ausgesetzt war. Die Abweichungsfehler bleiben minimal bei mindestens 4-maliger Exposition des Sensors an Frischluft innerhalb von 21 Tagen. Die ABC-Logik benötigt für die korrekte Arbeitsweise kontinuierliche Betriebszyklen größer 24 Stunden.

Manuelle Kalibrierung der Kohlendioxidmessung

Die manuelle Kalibrierung kann unabhängig von der Stellung des DIP-Schalters (ABC-Logik) durchgeführt werden.

Vor und während des Kalibriervorganges ist für ausreichend Frischluft (CO₂-Gehalt = 500 ppm) zu sorgen!

Der Kalibriervorgang wird durch das Drücken (ca. fünf Sekunden) des Tasters "Reset CO₂" gestartet.

Dies wird über die blinkende LED bzw. über den Countdown-Zähler im Display (AUTO 0) signalisiert.

Anschließend erfolgt die Kalibrierung.

Während dieser Phase ist die LED ständig aktiv und im Display läuft ein 600-Sekunden-Countdown (CAL 0) ab.

Nach erfolgter Kalibrierung wird die LED deaktiviert.



Automatische Kalibrierung der Luftqualität (default)

In einem Zeitraum von ca. 4 Wochen wird der minimale Ausgangswert für die Luftqualität gespeichert. Nach Ablauf dieses Intervalls wird eine Normierung des Ausgangssignals zum Nullpunkt vorgenommen. Die maximale Korrektur pro Intervall ist hierbei begrenzt. Langzeitdriften und die betriebsbedingte Alterung des Sensorelementes werden somit völlig eliminiert.

Manuelle Kalibrierung der Luftqualität

Die manuelle Kalibrierung kann unabhängig von der Stellung des DIP-Schalters durchgeführt werden.

Vor und während des Kalibriervorganges ist für ausreichend Frischluft zu sorgen!

Wir empfehlen eine Frischluftzufuhr von mindestens zwei Stunden bevor der Kalibriervorgang gestartet wird.

Der Kalibriervorgang wird durch das Drücken (ca. fünf Sekunden) des Tasters "Reset VOC" gestartet.

Dies wird über die blinkende LED bzw. über den Countdown-Zähler im Display (AUTO 0) signalisiert.

Anschließend erfolgt die Kalibrierung.

Während dieser Phase ist die LED ständig aktiv und im Display läuft ein 600-Sekunden-Countdown (CAL 0) ab.

Nach erfolgter Kalibrierung wird die LED deaktiviert.



Allgemeine Information zur Luftqualität

Die Lebensdauer des Sensors ist bedingt durch sein Funktionsprinzip abhängig von Art und Konzentration der Schadgasbelastung. Die sensitive Schicht des Sensorelementes reagiert mit allen flüchtigen, organischen Verbindungen und wird dadurch in Ihrer elektrischen Eigenschaft verändert. Dieser Vorgang führt zu einer Verschiebung der Kennlinie. Bei der Messung der Luftgüte wird der allgemeine Zustand der Luftqualität erfasst. Ob die Luftqualität „schlecht“ oder „gut“ ist wird von jedem Menschen unterschiedlich interpretiert. Verschiedene Schadstoffbelastungen und Konzentrationen beeinflussen das Luftgütesignal (0 - 10 V) auf unterschiedliche Weise. Beispiele hierfür sind Zigarettenrauch, Deosprays, Reinigungsmittel, oder auch verschiedene Klebematerialien für Bodenund Wandbeläge sowie Farbstoffe. Erhöhte Belastungen von z.B. Lösungsmittel, Nikotin, Kohlenwasserstoffe, Treibgase... verstärken den Verbrauch / die Alterung des Sensorelementes. Insbesondere bei hohen Schadgasbelastungen, auch im betriebslosen Ruhezustand der Geräte (Transport und Lagerung), kommt es somit zu einer Verstellung des Nullpunktes. Dieser muss somit vor Ort nach den jeweiligen Gegebenheiten bzw. Grundbelastungen korrigiert werden. Luftqualitätsmessgeräte verschiedener Hersteller können durch die unterschiedlichen Funktionsprinzipien, der eingestellten Grundbelastung (Nullpunkt) und der zugelassenen Belastung (Verstärkung/Empfindlichkeit) nicht direkt miteinander verglichen werden. Die Geräte werden nach den Vorschriften des Sensorherstellers eingestellt bzw. kalibriert. Hierbei wird ein Nullpunkt und ein Endwert und somit eine maximale Belastung festgelegt. In besonderen Fällen kommt es zu einer Überschreitung des Messbereiches bzw. einer zu hohen Grundbelastung der Geräte (ausgasende Teppichböden, Wandfarbe...). Um eine Messung bzw. eine Differenzierung unterschiedlicher Luftqualitäten zu ermöglichen, müssen die Geräte entsprechend den Bedingungen vor Ort, welche nicht dem Definitionsbereich und damit nicht der werksseitigen Kalibrierung entsprechen, vom Kunden eingestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Werkskalibrierung verloren geht und die Einhaltung der technischen Daten nicht mehr garantiert werden kann.

D Montage und Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Gerätes erfolgen ein Selbsttest und die Temperierung.
Dieser Vorgang dauert je nach Umgebungsbedingungen 30 - 50 Minuten,
in dieser Zeit weicht die ausgegebene Analogspannung vom tatsächlichen Messwert ab.

Schaltpunkteinstellung

Als Schaltausgang steht ein potentialfreier Wechslerkontakt zur Verfügung.
Über das Potentiometer SET kann ein Schalterpunkt zwischen 10 % und 95 % des des Messbereichs gewählt werden. Der 10 %-Wert wird bei CO₂ zur Frischluftgrenze von 400 ppm addiert.
(600...1900 ppm bei MB = 0...2000 ppm bzw. 900...4700 ppm bei MB = 0...5000 ppm)
Bei den anderen Messgrößen wird die jeweilige Untergrenze direkt als Basis verwendet.
(VOC: 10...95 %, Temperatur: +5...+48 °C, Feuchtigkeit: 10...95 % r.H.)
Die Zuordnung des Schaltausgangs zur Messgröße erfolgt über DIP-Schalter (DIP 7 und DIP 8).

Offset

Jeder Messkanal enthält zur nachträglichen Justage des Messwertes ein separates Offset-Potentiometer.
Der Nachstellbereich liegt bei ± 10 % vom Messbereich.

Displayanzeige

In der ersten Zeile werden die **Messwerte** mit den entsprechenden **Einheiten**
(CO₂ in **ppm**, VOC in %, Temperatur in °C, relative Feuchte in % r.H.)
zyklisch nacheinander angezeigt.

In der zweiten Zeile wird links der **Schaltzustand des Relais** als Kreis
(gefüllt: ● = Relais angezogen; leer ○ = Relais abgefallen)

gefolgt von dem jeweiligen **Indikator**

(**C** für CO₂; **V** für VOC; **T** für Temperatur; **H** für relative Feuchte in % r.H.)

und rechts der **Schaltpunktwert** angezeigt.

552 ppm
S ○ C 1900

52 %
S ○ V 54

27.8 °C
S ● T 27

37.9 % r.H.
S ○ H 54

D Montage und Inbetriebnahme

VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutzdiode integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird die Ausgangsspannung gegen das Nullpotential (0V) der Eingangsspannung gemessen!

Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!


Werden mehrere Geräte von einer 24V **AC-Spannung** versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteausgänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Schaltbild


Einzelbetrieb



Versorgung mit
AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND

Schaltbild

Parallelbetrieb



Versorgung mit
AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND

Feuchtetabelle

MB: 0...100% r.H.

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2
Fortsetzung siehe rechts ...		

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Temperaturtabelle

MB: 0...+50 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0,0	4,0
5	1,0	5,6
10	2,0	7,2
15	3,0	8,8
20	4,0	10,4
25	5,0	12,0
30	6,0	13,6
35	7,0	15,2
40	8,0	16,8
45	9,0	18,4
50	10,0	20,0

D Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Über- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.
- Bei Aussen- und Kanalfühnern schützt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen. Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelmäßig gewartet werden.
- Staub- und Verunreinigungen verfälschen das Messergebnis und sind zu vermeiden. Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen können mit Druckluft beseitigt werden.
- Das Berühren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehlmessungen führt.
- Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werkssseitige Reinigung und Neukalibrierung.
- Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dürfen unter keinen Umständen auf den Sensor gelangen.
- Die Luftqualitätssignal „gut“ ... „schlecht“ wird als das Ausgangssignal 0-10 V oder 4...20 mA abgebildet.
- Der Arbeitsbereich des Gerätes umfasst 10 ... 95 % relative Feuchte bzw. 0 ... +50 °C. Außerhalb des Arbeitsbereiches kommt es zu Fehlmessungen bzw. zu höheren Abweichungen.
- Der chemische Sensor ist Verbrauchsmaterial. Die Lebensdauer des Sensors hängt von Art und Konzentration der Schadgasbelastung ab.
- Beim Anschluss mehrerer Fühler an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24 V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten, da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.
- Die Ausgänge sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Überspannung oder der Spannungsversorgung am Ausgang zerstört das Gerät.
- Beim Betrieb des Gerätes ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantiansprüche.

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ [ZVEI Bedingungen] zuzüglich der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigentumsvorbehalt“.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.
Um Schäden und Fehler am Gerät (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten.
Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Montage und Inbetriebnahme der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmäße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zur Inbetriebnahme:

Dieses Gerät wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und geprüft. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschließend in regelmäßigen Abständen vorzunehmen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzuführen und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

The maintenance-free microprocessor-controlled room sensor **AERASGARD® RTM-CO₂-SD** with automatic calibration (fixed) is used for detecting the CO₂ content of the air within a range of 0...2000ppm and the temperature within a range of 0...+50°C. The measured values are converted into standard signals of 0-10V.

The maintenance-free microprocessor-controlled room sensor **AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W** and **RCO₂-W/RLQ-CO₂-W** with automatic calibration (can be deactivated via DIP switches) is used for detecting the overall room climate. It measures CO₂ within a range of 0...2000ppm or 0...5000ppm, air quality (VOC) in one of three sensitivity levels that can be selected LOW / MEDIUM (default) / HIGH, temperature within a range of 0...+50°C as well as relative humidity of 0...100% r.H. The measured values are converted into standard signals of 0-10V oder 4...20mA (selectable via DIP switches). As an option, the measured values can be shown continuously in the illuminated display.

Elegant enclosure made of plastic, with snap-on lid, base with 4-hole attachment, for installation on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes, with predetermined breaking point for on-wall cable entry.

The relative humidity (% r.H.) quotient of water vapour partial pressure divided by the saturation vapour pressure at the respective gas temperature. A digital, long-term stable sensor used as measuring element for relative air humidity and temperature guarantees exact measurement results. The air quality is determined based on a (VOC) gas mixture sensor. The CO₂ content of the air is measured using an optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology).



TECHNICAL DATA		
Voltage supply:	24V AC/DC (± 10%)	
Power consumption:	RCO₂-W / RTM-CO₂-SD: < 1.5 W / 24 V DC typical; < 2.9 VA / 24 V AC typical; peak current 200 mA RLQ-CO₂-W / RFTM-LQ-CO₂-W: < 4.4 W / 24 V DC typical; < 6.4 VA / 24 V AC typical; peak current 200 mA	
Outputs:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10 V (fixed) 0-10 V or 4...20 mA, working resistance < 800 Ω (selectable via DIP switches, selected variant applies for all outputs), with offset potentiometer (± 10 % of the measuring range)
Relay output:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	without changeover contact with potential-free changeover contact (24 V / 1 A) (assignment selectable via DIP switches, switchpoint adjustable)
HUMIDITY		
Sensors:	digital humidity sensor with integrated temperature sensor, low hysteresis, high long-term stability	
Measuring range, humidity:	0...100 % r. H.	
Operating range, humidity:	0...95 % r. H. (without dew formation)	
Deviation, humidity:	typically ± 2.0 % (20...80 % r. H.) at +25 °C, otherwise ± 3.0 %	
Output, humidity:	0-10 V or 4...20 mA (selectable via DIP switches)	
TEMPERATURE		
Measuring range, temperature:	0...+ 50 °C	
Operating range, temperature:	0...+ 50 °C	
Temperature deviation:	typically ± 0.2 K at +25 °C	
Output, temperature:	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10 V (fixed) 0-10 V or 4...20 mA (selectable via DIP switches)
AIR QUALITY (VOC)		
Sensor, VOC:	VOC sensor (metal oxide) (VOC = volatile organic compounds), with manual calibration (via zero button) and with automatic calibration (can be deactivated via DIP switches)	
Measuring range, VOC:	0...100 % air quality; referred to calibrating gas; multi-range switching (selectable via DIP switches) VOC sensitivity low, medium, high	
Output, VOC:	0-10 V (0 V = clean air, 10 V = polluted air) or 4...20 mA (selectable via DIP switches, switchpoint can be adjusted from 0...100 % of the output signal)	
Measuring accuracy, VOC:	± 20 % of final value (referred to calibrating gas)	
Service life:	> 60 months (under normal load conditions)	
CARBON DIOXIDE (CO ₂)		
Sensor, CO ₂ :	optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology), with manual calibration (via zero button), RTM-CO₂-SD with automatic calibration (fixed) Rxx-CO₂-W with automatic calibration (can be deactivated via DIP switches)	
Measuring range, CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0...2000 ppm (fixed) 0...2000 ppm or 0...5000 ppm (selectable via DIP switches)
Output, CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10 V (fixed) 0-10 V or 4...20 mA (selectable via DIP switches)
Measuring accuracy, CO ₂ :	typically ± 30 ppm ± 3 % of measured value	
Temperature dependence, CO ₂ :	± 5 ppm / °C or ± 0.5 % of measured value / °C (whichever is higher)	

(continued on next page!)

(continued on next page!)

TECHNICAL DATA		(continued)
Pressure dependence:	±0.13 % / mm Hg	
Long-term stability:	<2 % in 15 years	
Gas exchange:	by diffusion	
Ambient temperature:	0...+50 °C	
Warm up time:	approx. 1 hour	
Response time:	< 2 minutes	
Electrical connection:	0.14 - 1.5 mm ² , via screw terminals	
Enclosure:	plastic, material ABS, colour pure white (similar to RAL9010), stainless steel V2A (1.4301) enclosure optional	
Dimensions:	98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)	
Installation:	wall mounting or on in-wall flush box, Ø55 mm, base with 4 holes, for attachment to vertically or horizontally installed in-wall flush boxes for rear cable entry, with predetermined breaking point for cable entry from top/bottom in case of plain on-wall installation	
Protection class:	III (according to EN 60730)	
Protection type:	IP 30 (according to EN 60529)	
Standards:	CE conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61326, EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU	
Optional:	display with illumination , two line, cutout approx. 36 x 15 mm (W x H), for displaying actual humidity, actual temperature, air quality and/or the actual CO ₂ content	

AERASGARD® RTM-CO₂-SD		Room temperature and CO ₂ sensor, <i>Standard</i>				
AERASGARD® RCO₂-W		Room CO ₂ sensor, <i>Premium</i>				
AERASGARD® RLQ-CO₂-W		Room air quality (VOC) and CO ₂ sensor, <i>Premium</i>				
AERASGARD® RFTM-CO₂-W		Multifunctional room sensor for humidity, temperature and CO ₂ content, <i>Deluxe</i>				
AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W		Multifunctional room sensor for humidity, temperature, CO ₂ content and air quality (VOC), <i>Deluxe</i>				
Type / WG02	Measuring Range		Equipment		Item No.	
	Humidity	Temperature	CO ₂	VOC	Display	(Baldur 2)
RTM-CO₂-SD			(fixed)			
RTM-CO2-SD-U	–	0...+50 °C	0...2000 ppm	–	–	1501-6182-1001-200
RCO₂-W			(switchable)			
RCO2-W (without display)	–	–	0...2000/5000 ppm	–	W	see RCO₂-W/RCO₂-SD
RCO2-W-DISPLAY	–	–	0...2000/5000 ppm	–	W ■	1501-6180-7321-200
RLQ-CO₂-W			(switchable)			
RLQ-CO2-W	–	–	0...2000/5000 ppm	0...100%	W	1501-6181-7301-200
RLQ-CO2-W DISPLAY	–	–	0...2000/5000 ppm	0...100%	W ■	1501-6181-7321-200
RFTM-CO₂-W			(switchable)			
RFTM-CO2-W	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000/5000 ppm	–	W	1501-6186-7301-200
RFTM-CO2-W DISPLAY	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000/5000 ppm	–	W ■	1501-6186-7321-200
RFTM-LQ-CO₂-W			(switchable)			
RFTM-LQ-CO2-W	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000/5000 ppm	0...100%	W	1501-6188-7301-200
RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY	0...100% r.H.	0...+50 °C	0...2000/5000 ppm	0...100%	W ■	1501-6188-7321-200
Outputs:	0-10V or 4...20mA (selectable via DIP switches, selected variant applies for all outputs) – <i>Standard</i> room sensor RTM-CO₂-SD with fixed output 0-10V!					
Equipment:	W = changeover contact – <i>Standard</i> room sensor RTM-CO₂-SD without changeover contact!					
Note:	This unit must not be used as safety-relevant device!					



DIP switches (Baldur2)		RFTM-LQ-CO ₂ -W	
VOC sensitivity		DIP 1	DIP 2
LOW		OFF	OFF
MEDIUM (default)		ON	OFF
HIGH		OFF	ON
VOC automatic zero point		DIP 3	
deactivated		OFF	
activated (default)		ON	
CO ₂ content		DIP 4	
0...2000 ppm (default)		OFF	
0...5000 ppm		ON	
CO ₂ automatic zero point		DIP 6	
deactivated		OFF	
activated (default)		ON	
Relay assignment		DIP 7	DIP 8
CO ₂ (default):	600...1900 ppm / 900...4700 ppm	OFF	OFF
VOC:	10...95 %	ON	OFF
Temperature:	+5...+48 °C	OFF	ON
Humidity:	10...95% r.H.	ON	ON
Output		DIP 9	
Voltage 0-10 V (default)		OFF	
Current 4...20 mA		ON	
Note: DIP 5 is not assigned!			

ATTENTION!

The minimum CO₂ concentration of outdoor air amounts to approx. 350 ppm (output voltage = 1.75 V at MR=0...2000 ppm or 0.7 V at MR=0...5000 ppm) in leafy, hardly industrialised areas. Gas inter-exchange in the sensor element happens by diffusion. Depending on the changes to the concentration and the flow velocity of the air surrounding the sensor, the reaction of the device to the change of concentration may take place with a delay. It is essential to choose an installation location for the device in which the air stream flows around the sensor. Otherwise the gas exchange may be considerably delayed or prevented.

Automatic calibration of the carbon dioxide measurement – ABC logic (default)

The automatic background logic is a self-calibrating mechanism that is suitable for use in applications in which the CO₂ concentration drops to fresh air level (350 - 400 ppm) at least three times in 7 days. This should typically occur during times in which rooms are unoccupied. The sensor reaches its normal accuracy after 24 hours of continuous operation in an environment that has been subjected to a fresh air supply of 400 ppm CO₂. The deviation errors remain minimal if the sensor is exposed to fresh air at least 4 times within 21 days. The ABC logic needs continuous operating cycles of more than 24 hours to operate correctly.

Manual calibration of carbon dioxide measurement

Manual calibration can be carried out independently of the DIP switch position (ABC logic).

Sufficient fresh air (CO₂ content = 500 ppm) must be provided before and after the calibration procedure!

The calibration procedure is started by pressing the "Reset CO₂" (for approx. five seconds).

This is signalled by the flashing LED or the countdown timer on the display (AUTO 0).

Then calibration takes place.

During this phase, the LED is constantly active and a 600-second countdown runs on the display CAL 0.

The LED is deactivated after successful calibration.



Automatic calibration of carbon dioxide measurement (default)

Within a period of approx. 4 weeks, the minimum output value for air quality is saved. After this period, the output signal is standardised to the zero point. The maximum amount of correction per interval is limited. Long-term drifts and the operation-related ageing of the sensor element are thus completely eliminated.

Manual calibration of air quality

Manual calibration can be carried out independently of the DIP switch position.

Sufficient fresh air must be provided before and after the calibration procedure!

We recommend a fresh air supply of at least two hours before the calibration process.

The calibration procedure is started by pressing the "Reset VOC" button (for approx. five seconds).

This is signalled by the flashing LED or the countdown timer on the display (AUTO 0).

Then calibration takes place.

During this phase, the LED is constantly active and a 600-second countdown runs on the display CAL 0.

The LED is deactivated after successful calibration.



General information on air quality

The service life of the sensor depends on its functional principle and the type and concentration of pollutant gas burden. The sensitive layer of the sensor element reacts with all volatile organic compounds and is therefore modified in its electrical properties. This procedure leads to an offset of the characteristic line. When measuring the air quality, the general condition of the air quality is recorded. Whether the air quality is "good" or "bad" depends on the individual interpretation of each individual. Different pollution burdens and concentrations influence the air quality signal (0 - 10 V) in different ways. Examples are cigarette smoke, deodorant sprays, cleaning agents and various adhesive materials for floor and wall coverings, as well as dyes. Increased levels of solvents, nicotine, hydrocarbons, aerosol propellants, etc. intensify the wear/ageing of the sensor element. Especially at high pollutant gas burdens, even when the devices are idle (transport and storage) the zero point is adjusted. This must be corrected on-site depending on the specific conditions or basic burdens. Air quality measuring instruments from various manufacturers cannot be compared directly with each other because of the different functional principles, the pre-set basic burden (zero point) and the permitted burden (amplification/sensitivity). The devices are set or calibrated according to the specifications of the sensor manufacturer. Here, a zero point and end value, and therefore a maximum load, are established. In special circumstances, there is an overrun of the measuring range or an excessively high basic burden on the devices (out-gassing carpets, wall paint, etc.) In order to enable a measurement or distinction of different air qualities, the devices must be configured by the client in accordance with the on-site conditions which do not correspond to the function domain and thus the factory calibration. Here, it should be noted that the factory calibration will be lost and technical data compliance can no longer be guaranteed.

Putting in operation

After switching on the device, a self-test and tempering period follows.
This procedure takes 30 - 50 minutes, depending on the ambient conditions.
During this time the output analogue voltage differs from the actual measured value.

Switching point setting

A potential-free changeover contact is available as a switch output.
A switching point between 10% and 95% of the measuring range can be selected using the SET potentiometer. The 10% value is added to the fresh air limit of 400 ppm for CO₂. (600...1900 ppm with MR = 0...2000 ppm or 900...4700 ppm with MR = 0...5000 ppm).
With other measurands, the corresponding lower limit is used directly as a basis.
(VOC: 10...95%, Temperature: +5...+48 °C, Humidity: 10...95% r.H.)
The assignment of the switch output to measurand is done via DIP switch (DIP 7 and DIP 8).

Offset

Each measuring channel has a separate offset potentiometer for subsequent adjustment of the measurement.
The adjusting range is ± 10% of the measuring range.

Display

In the first line, the **measurements** with the corresponding **units**
(CO₂ in **ppm**, VOC in %, temperature in °**C**, relative humidity in % **r.H.**)
are displayed in a cyclical series.

In the second line, the **switching status of the relay** is shown on the left as a circuit
(full ● = relay energised; empty ○ = relay de-energised)
followed by the corresponding **indicator**
(**C** for CO₂; **V** for VOC; **T** for temperature; **H** for relative humidity in % **r.H.**)
and the **switchpoint value** is shown on the right.



552 ppm
S OC 1900



52 %
S OV 54



27.8 °C
S T 27



37.9 % r.H.
S OH 54

SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier on AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. The output signal is measured her against zero potential (0V) of the input voltage!

When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground wire!

When several devices are supplied by one 24V **AC voltage supply**, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.


Therefore, pay attention to correct wiring!

Connecting scheme

Individual operation

Power supply

AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND




Connecting scheme

Parallel operation

Power supply

AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND



Humidity table

MR: 0...100% r.H.

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
0	0	4.0
5	0.5	4.8
10	1.0	5.6
15	1.5	6.4
20	2.0	7.2
25	2.5	8.0
30	3.0	8.8
35	3.5	9.6
40	4.0	10.4
45	4.5	11.2
Continued at the right ...		

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
50	5.0	12.0
55	5.5	12.8
60	6.0	13.6
65	6.5	14.4
70	7.0	15.2
75	7.5	16.0
80	8.0	16.8
85	8.5	17.6
90	9.0	18.4
95	9.5	19.2
100	10.0	20.0

Temperature table

MR: 0...+50 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0	4.0
5	1.0	5.6
10	2.0	7.2
15	3.0	8.8
20	4.0	10.4
25	5.0	12.0
30	6.0	13.6
35	7.0	15.2
40	8.0	16.8
45	9.0	18.4
50	10.0	20.0

- This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.
- On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the sensor element protects the humidity sensor against potential dust exposure. In case of pollution/contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.
- Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.
- Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.
- In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.
- In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.
- The air quality signal "good"... "bad" is represented by the output signal 0-10V or 4...20 mA.
- The device operating range covers 10...95% relative humidity respectively 0...+50 °C. Beyond that range, mismeasurements or increased deviations will occur.
- The chemical sensor is a consumable. The lifetime of the sensor depends on nature and concentration of the pollutant gas burden.
- When several sensors are connected to one voltage supply of 24 V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage source may be short-circuited.
- The outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the output will destroy the device.
- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.
Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:

This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!

These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

La sonde d'ambiance **AERASGARD® RTM-CO₂-SD** commandée par microprocesseur sans entretien avec étalonnage automatique (réglage fixe) sert à déterminer la teneur en CO₂ de l'air de 0...2000ppm ainsi que la température de 0...+50°C. Les grandeurs de mesure sont converties en signaux standard de 0-10V.

La sonde d'ambiance **AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W** resp. **RCO₂-W / RLQ-CO₂-W** commandée par microprocesseur sans entretien avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP) sert à enregistrer l'ensemble des données relatives au climat ambiant. Elle mesure le CO₂ de 0...2000 ppm ou 0...5000 ppm, la qualité de l'air (COV) dans un des trois niveaux de sensibilité sélectionnables LOW / MEDIUM (par défaut) / HIGH, la température de 0...+50°C ainsi que l'humidité relative de l'air de 0...100% h.r. Les grandeurs de mesure sont converties en signaux standard de 0-10V ou 4...20mA (sélectionnable via interrupteur DIP). En option, les grandeurs de mesure peuvent être affichées en permanence dans l'écran rétro-éclairé.

Boîtier esthétique en matière plastique, avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec point de rupture pour raccordement en saillie.

L'humidité relative (% h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température. Un capteur numérique à haute stabilité long terme utilisé comme élément de mesure pour la mesure de l'humidité relative et de la température garantit des résultats de mesure exacts. La qualité de l'air est déterminée sur la base d'un capteur de gaz mixte (COV). La teneur en CO₂ de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :	24V ca / cc (± 10%)	
Puissance absorbée :	RCO₂-W / RTM-CO₂-SD : < 1,5W / 24V cc typique ; < 2,9VA / 24V ca typique ; Pointe de courant 200 mA RLQ-CO₂-W / RFTM-LQ-CO₂-W : < 4,4 W / 24V cc typique; < 6,4VA / 24V ca typique ; Pointe de courant 200 mA	
Sorties :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (réglage fixe) 0-10V ou 4...20 mA, charge <800 Ω (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties), avec potentiomètre offset (± 10% de la plage de mesure)
Sortie relais :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	avec inverseur avec inverseur sans potentiel (24V / 1 A) (affectation sélectionnable via interrupteur DIP, point de commutation réglable)

HUMIDITÉ

Capteurs :	capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré , petite hystérésis, stabilité à long terme	
Plage de mesure humidité :	0...100% h.r.	
Plage de service humidité :	0...95% h.r. (sans condensation)	
Incertitude de mesure humidité :	typique ± 2,0% (20...80% h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0%	
Sortie humidité :	0-10V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)	

TEMPÉRATURE

Plage de mesure température :	0...+50 °C	
Plage de service température :	0...+50 °C	
Incertitude de mesure température :	typique ± 0,2 K à +25 °C	
Sortie température :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (réglage fixe) 0-10V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

QUALITÉ DE L'AIR (COV)

Capteur COV :	capteur COV (oxyde métallique) (volatile organic compounds = composés organiques volatils), avec étalonnage manuel (via la touche zéro) and avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)	
Plage de mesure COV :	0...100 % qualité d'air, se référant au gaz de calibrage; commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP) sensibilité COV faible, moyenne, élevée	
Sortie COV :	0-10V (0V = air propre, 10V = air pollué) ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP, point de commutation réglable entre 0...100 % du signal de sortie)	
Précision de mesure COV :	± 20% Vf (se référant au gaz de calibrage)	
Durée de vie :	> 60 mois (sous contrainte normale)	

DIOXYDE DE CARBONE (CO₂)

Capteur CO ₂ :	capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive), avec étalonnage manuel (via la touche zéro), RTM-CO₂-SD avec étalonnage automatique (réglage fixe) Rxx-CO₂-W avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)	
Plage de mesure CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0...2000 ppm (réglage fixe) 0...2000 ppm ou 0...5000 ppm (sélectionnable via interrupteur DIP)
Sortie CO ₂ :	RTM-CO₂-SD Rxx-CO₂-W	0-10V (réglage fixe) 0-10V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
Précision de mesure CO ₂ :	typique ± 30 ppm ± 3% de la Vf	
Dépendance en température CO ₂ :	± 5 ppm / °C ou ± 0,5% de la Vf / °C (selon la valeur la plus grande)	

Suite page suivante !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Suite)

Dépendance de la pression :	± 0,13% / mm Hg
Stabilité à long terme :	< 2% en 15 ans
Échange de gaz :	diffusion
Température ambiante :	0...+50 °C
Temps de démarrage :	env. 1 heure
Temps de réponse :	< 2 minutes
Raccordement électrique :	0,14 - 1,5 mm ² , par bornes à vis
Boîtier :	matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur (similaire à RAL 9010), acier inox V2A (1.4301) en option
Dimensions :	98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)
Montage :	montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm, partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement pour passage de câble par l'arrière, avec point de rupture pour passage de câble par le haut / bas pour montage en saillie
Classe de protection :	III (selon EN 60 730)
Indice de protection :	IP 30 (selon EN 60 529)
Normes :	conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 / 30 / EU, Directive basse tension 2014 / 35 / EU
En option :	écran avec rétro-éclairage , à deux lignes, découpe env. 36 x 15 mm (l x h), pour l'affichage de la température et de l'humidité effective, la qualité de l'air et / ou la teneur en CO ₂

AERASGARD® RTM-CO₂-SD	Sonde d'ambiance de température et de CO ₂ , <i>Standard</i>
AERASGARD® RCO₂-W	Sonde d'ambiance de CO ₂ , <i>Premium</i>
AERASGARD® RLQ-CO₂-W	Sonde d'ambiance de qualité d'air (COV) et de CO ₂ , <i>Premium</i>
AERASGARD® RFTM-CO₂-W	Sonde d'ambiance multifonctionnelle pour l'humidité, la température et de teneur en CO ₂ , <i>Deluxe</i>
AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W	Sonde d'ambiance multifonctionnelle pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO ₂ , <i>Deluxe</i>

Type / WG02	plage de mesure				équipement	référence
	humidité	température	CO ₂	COV	écran	(Baldur 2)
RTM-CO₂-SD			(réglage fixe)			
RTM-CO2-SD-U	–	0...+50 °C	0...2000 ppm	–	–	1501-61B2-1001-200
RCO₂-W			(commutable)			
RCO2-W (sans écran)	–	–	0...2000 / 5000 ppm	–	W	voir RCO₂-W / RCO₂-SD
RCO2-W-DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 ppm	–	W ■	1501-61B0-7321-200
RLQ-CO₂-W			(commutable)			
RLQ-CO2-W	–	–	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W	1501-61B1-7301-200
RLQ-CO2-W DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W ■	1501-61B1-7321-200
RFTM-CO₂-W			(commutable)			
RFTM-CO2-W	0...100% h.r.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	–	W	1501-61B6-7301-200
RFTM-CO2-W DISPLAY	0...100% h.r.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	–	W ■	1501-61B6-7321-200
RFTM-LQ-CO₂-W			(commutable)			
RFTM-LQ-CO2-W	0...100% h.r.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W	1501-61B8-7301-200
RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY	0...100% h.r.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 ppm	0...100%	W ■	1501-61B8-7321-200
Sorties :	0-10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties) – Dans le modèle <i>Standard</i> RTM-CO₂-SD 0-10V est réglage fixe !					
Équipement :	W = avec inverseur – Modèle <i>Standard</i> RTM-CO₂-SD sans inverseur !					
Attention :	Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !					



Interrupteur DIP (Balduz 2)		RFTM - LQ - CO ₂ - W	
Sensibilité COV		DIP 1	DIP 2
LOW		OFF	OFF
MEDIUM (default)		ON	OFF
HIGH		OFF	ON
Type d'étalonnage COV		DIP 3	
désactivé		OFF	
activé (default)		ON	
Teneur en CO ₂		DIP 4	
0...2000 ppm (default)		OFF	
0...5000 ppm		ON	
Type d'étalonnage CO ₂		DIP 6	
désactivé		OFF	
activé (default)		ON	
Affectation relais		DIP 7	DIP 8
CO ₂ (default) : 600...1900 ppm / 900...4700 ppm		OFF	OFF
COV : 10...95 %		ON	OFF
Température : +5...+48 °C		OFF	ON
Humidité : 10...95% h.r.		ON	ON
Sortie		DIP 9	
Tension 0 -10V (default)		OFF	
Courant 4...20 mA		ON	
Attention : DIP 5 n'est pas affecté !			

F Montage et mise en service

ATTENTION !

La teneur minimale en CO₂ de l'air extérieur dans des régions vertes à faible degré d'industrialisation est de l'ordre 350 ppm (tension de sortie = 1,75 V à MB = 0...2000 ppm, resp. 0,7 V à MB = 0...5000 ppm). L'échange de gaz dans l'élément capteur s'effectue par diffusion. En fonction de la variation de la concentration et de la vitesse d'écoulement de l'air dans l'environnement du capteur, la réaction de l'appareil à la variation de la concentration peut être retardée. Il est capital de choisir la position de montage de l'appareil de façon à ce que le capteur soit immergé dans le débit d'air. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'échange de gaz soit considérablement ralenti ou empêché.

Étalonnage automatique de la mesure du dioxyde de carbone – Logique ABC (default)

La logique d'arrière-plan automatique (automatic background logic) est une technique d'auto-calibrage qui convient à l'utilisation avec des applications dans lesquelles la teneur en CO₂ atteint au moins trois fois en 7 jours le niveau air frais (350 - 400 ppm). Cela devrait généralement avoir lieu dans les périodes pendant lesquelles les locaux ne sont pas occupés. Le capteur atteint sa précision normale au bout de 24 heures de fonctionnement continu dans un environnement soumis à une alimentation en air frais de 400 ppm de CO₂. Les erreurs de décalage restent minimales lorsque le capteur a été exposé au moins 4 fois à l'air frais pendant une période de 21 jours. Des cycles de fonctionnement continus de plus de 24 heures sont nécessaires pour le fonctionnement correct de la logique ABC.

Calibrage manuel de la mesure du dioxyde de carbone

L'étalonnage manuel peut être effectué indépendamment de la position de l'interrupteur DIP (logique ABC).

Avant et pendant le processus d'étalonnage, assurer une alimentation en air frais (teneur en CO₂ = 500 ppm) suffisante !

Le processus d'étalonnage est lancé avec une pression (env. cinq secondes) du bouton « **Reset CO₂** ».

Cela est signalisé par une LED clignotante et par le compteur à rebours de l'écran (**AUTO 0**).

Ensuite, l'étalonnage est effectué.

Pendant cette phase, la LED est active en continue et un compte à rebours de 600 secondes défile (**CAL 0**).

Une fois l'étalonnage terminé, la LED est désactivée.



Étalonnage automatique de la qualité de l'air (default)

Pendant une période d'env. 4 semaines, la valeur de départ minimale pour la qualité de l'air est enregistrée. Après écoulement de cet intervalle, une mise à l'échelle du signal de départ pour le point zéro est effectuée. La correction maximale est limitée à l'intervalle. Les dérives à long terme et le vieillissement des éléments de capteurs lié au fonctionnement sont ainsi entièrement éliminés.

Étalonnage manuel de la qualité de l'air

L'étalonnage manuel peut être effectué indépendamment de la position de l'interrupteur DIP.

Avant et pendant le processus d'étalonnage, assurer une alimentation en air frais suffisante !

Nous recommandons une alimentation en air frais d'au moins deux heures avant de lancer la procédure d'étalonnage.

Le processus d'étalonnage est lancé avec une pression (env. cinq secondes) du bouton « **Reset COV** ».

Cela est signalisé par une LED clignotante et par le compteur à rebours de l'écran (**AUTO 0**).

Ensuite, l'étalonnage est effectué.

Pendant cette phase, la LED est active en continue et un compte à rebours de 600 secondes défile (**CAL 0**).

Une fois l'étalonnage terminé, la LED est désactivée.



Informations générales sur la qualité de l'air

La durée de vie d'un capteur dépend du type et de la concentration en gaz nocifs découlant de son principe de fonctionnement. La couche sensible de l'élément du capteur réagit avec tous les composants organiques volatiles et sa propriété électrique en est ainsi modifiée. Ce processus entraîne un décalage de la ligne caractéristique. Lors de la mesure de la qualité de l'air, l'état général de la qualité de l'air est enregistré. Chaque individu perçoit différemment une qualité de l'air « mauvaise » ou « bonne ». Diverses charges polluantes et niveaux de pollution influencent le signal de la qualité de l'air (0 - 10 V) de différentes manières. À titre d'exemples : la fumée de cigarette, les sprays déodorants, les produits de nettoyage ou aussi divers matériaux adhésifs pour revêtement de sol et de mur ainsi que les colorants. Les charges polluantes comme les solvants, la nicotine, les hydrocarbures, les gaz combustibles... accentuent l'usure / le vieillissement des éléments du capteur. Notamment en cas de charges de gaz nocifs élevées, même lorsque les appareils (transport et stockage) sont à l'arrêt, un décalage du point zéro se produit. Celui-ci doit être corrigé sur place en fonction des circonstances et des charges de bases spécifiques. En raison de leurs différents principes de fonctionnement, de la charge de base réglée (point zéro) et de la charge admissible (amplification / sensibilité), une comparaison des appareils de mesure de la qualité de l'air de différents fabricants n'est pas immédiatement possible. Les appareils sont réglés ou calibrés selon les prescriptions du fabricant de capteurs. Un point zéro et une valeur finale et donc une charge maximale sont définis. Dans certains cas, un dépassement de la plage de mesure ou une charge de base trop élevée des appareils se produisent (moquettes, peintures... dégagant du gaz). Afin de permettre une mesure ou une différenciation des différentes qualités de l'air, les appareils doivent être réglés par le client selon les conditions sur place, qui ne correspondent pas au champ de définition et à l'étalonnage d'usine. Noter que dans ce cas, l'étalonnage d'usine est perdu et que la conformité aux spécifications techniques ne peut plus être garantie.

F Montage et mise en service

Mise en service

Après la mise en marche de l'appareil, celui-ci effectue un autocontrôle et l'équilibrage de température.

En fonction des conditions d'environnement, cette opération dure entre 30 - 50 minutes, pendant ce temps la tension analogique émise diffère de la valeur de mesure réelle.

Réglage du point de commutation

Un contact inverseur sans potentiel est disponible en tant que sortie de commutation.

Un point de commutation entre 10% et 95% de la plage de mesure peut être sélectionné via le potentiomètre SET.

La valeur de 10% pour CO₂ est additionnée à la valeur limite d'air frais de 400 ppm.

(600...1900 ppm à MB = 0...2000 ppm resp. 900...4700 ppm à MB = 0...5000 ppm)

Pour les autres grandeurs de mesure, la valeur minimale respective est directement utilisée comme valeur de base.

(COV : 10...95%, Température : +5...+48 °C, Humidité : 10...95% h.r.)

L'affectation des sorties de commutation aux grandeurs de mesure s'effectue via interrupteurs DIP (DIP 7 et DIP 8).

Offset

Chaque canal de mesure comprend un potentiomètre offset séparé pour le réglage ultérieur de la valeur de mesure.

La plage de réglage ultérieur est de $\pm 10\%$ de la plage de mesure.

Affichage de l'écran

Les **valeurs de mesure** sont affichées avec les **unités** correspondantes

(CO₂ en **ppm**, COV en %, température en **°C**, humidité relative en % h.r.)

dans la première ligne de manière cyclique et successive.

L'**état de commutation du relais** s'affiche à gauche dans la deuxième ligne sous forme d'un cercle

(plein ● = relais excité; vide ○ = relais au repos)

suivi de l'**indicateur** respectif

(**C** pour CO₂; **V** pour COV; **T** pour température; **H** pour humidité relative en % h.r.)

et la **valeur du point de commutation** s'affiche à droite.



F Montage et mise en service

TENSION D'ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c'-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, le signal de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est **alimenté en courant continu**, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont **alimentés en 24V ca**, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!





Tableau d'humidité

plage de mesure : 0...100 % r. H.

% h.r.	U _A en V	I _A en mA
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2
Suite voir à droite ...		

% h.r.	U _A en V	I _A en mA
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Tableau de température

plage de mesure : 0...+50 °C

°C	U _A en V	I _A en mA
0	0,0	4,0
5	1,0	5,6
10	2,0	7,2
15	3,0	8,8
20	4,0	10,4
25	5,0	12,0
30	6,0	13,6
35	7,0	15,2
40	8,0	16,8
45	9,0	18,4
50	10,0	20,0

F Généralités

- Cet appareil ne doit être utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur l'élément sensible.
- Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de l'élément sensible protège la sonde d'humidité contre la pénétration des particules de poussières. Il est conseillé de nettoyer le filtre régulièrement des impuretés.
- Il faut éviter la présence de poussières et d'impuretés, puisqu'elles altèrent le résultat de mesure. De faibles quantités d'impuretés et de poussières déposées peuvent être éliminées par soufflage à l'air comprimé.
- Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d'humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.
- En cas de salissures, il est conseillé de procéder à un nettoyage à l'usine et de l'étalonner à nouveau.
- En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents.
- Le signal de qualité d'air « bon » ... « mauvais » est représenté par le signal de sortie 0-10 V ou 4 ... 20 mA.
- La plage de service de l'appareil va de 10 à 95 % d'humidité relative et / ou de 0 à +50 °C.
Le non-respect de cette plage de service entraînera des mesures erronées et des incertitudes de mesure plus élevées.
- Le capteur chimique est d'un matériel d'usage. La durée de vie du capteur dépend du type et de la concentration des gaz nocifs.
- Si plusieurs sondes sont connectées à une seule source d'alimentation en courant alternatif 24V, il faut respecter la polarisation, car sinon la source de tension alternative peut être mise en court-circuit.
- Les sorties sont protégées contre les courts-circuits. L'application d'une surtension ou l'application de la tension d'alimentation à la sortie causera la destruction de l'appareil.
- Nous déclinons toute garantie dans le cas où l'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation et la mise en service des appareils doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et à intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit être effectuée que par du personnel qualifié !

Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором датчик для помещений **AERASGARD® RTM-CO₂-SD** с автоматической калибровкой (фиксированная настройка) служит для измерения содержания углекислого газа в воздухе в диапазоне от 0...2000 млн⁻¹ и температуры в диапазоне от 0...+50°C. Измеренные значения преобразовываются в нормированные сигналы 0–10 В.

Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором датчик для помещений **AERASGARD® RFTM-LQ-CO₂-W** или **RCO₂-W / RLQ-CO₂-W** с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя) служит для измерения всех важных параметров микроклимата в помещении. Он определяет содержание углекислого газа в диапазоне от 0...2000 млн⁻¹ или от 0...5000 млн⁻¹, допускает выбор одного из трех уровней чувствительности для определения VOC: LOW / MEDIUM (по умолчанию) / HIGH, измеряет температуру в диапазоне от 0...+50°C, а также относительную влажность воздуха в диапазоне от 0...100%. Все измеренные значения преобразовываются в нормированные сигналы 0–10 В или 4...20 мА (выбирается при помощи DIP-переключателя). В качестве опции измеренные значения могут постоянно отображаться на дисплее.

Элегантный корпус из пластика, с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля.

Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Как элемент измерения относительной влажности и температуры цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью гарантирует точные результаты измерения. Измерение качества воздуха основывается на использовании анализатора смешанного газа (VOC). Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Напряжение питания:	24 В перем. / пост. тока (±10 %)	
Потребляемая мощность:	RCO₂-W / RTM-CO₂-SD: < 1,5 Вт / 24 В пост. тока обычно; < 2,9 В-А / 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА RLQ-CO₂-W / RFTM-LQ-CO₂-W: < 4,4 Вт / 24 В пост. тока обычно; < 6,4 В-А / 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА	
Выходы:	RTM-CO₂-SD 0–10 В (фиксированная настройка) Rxx-CO₂-W 0–10 В или 4...20 мА, нагрузка < 800 Ом (при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым для всех выходов), с потенциометром смещения (± 10 % от диапазона измерения)	
Релейный выход:	RTM-CO₂-SD без переключающего контакта Rxx-CO₂-W с беспотенциальным переключающим контактом (24В/1 А), (присваивается с помощью DIP-переключателя, настраиваемый порог срабатывания)	
ВЛАЖНОСТЬ		
Чувствительные элементы:	цифровой датчик влажности со встроенным датчиком температуры , малый гистерезис, высокая долговременная стабильность	
Диапазон измерения влажности:	0...100 % относительной влажности	
Рабочий диапазон влажности:	0...95 % относительной влажности (без конденсата)	
Погрешность измерения влажности:	обычно ± 2,0 % (20...80 % отн. влажности) при +25 °С, иначе ± 3,0 %	
Выходной сигнал влажности:	0–10 В или 4...20 мА (при помощи DIP-переключателя)	
ТЕМПЕРАТУРА		
Диапазон измерения температуры:	0...+50 °С	
Рабочий диапазон температур:	0...+50 °С	
Погрешность измерения температуры:	обычно ±0,2 К при +25 °С	
Выходной сигнал температуры:	RTM-CO₂-SD 0–10 В (фиксированная настройка) Rxx-CO₂-W 0–10 В или 4...20 мА (при помощи DIP-переключателя)	
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА (VOC)		
Анализатор VOC:	чувствительный элемент VOC (металлооксидный) (volatile organic compounds = летучие органические вещества) с ручной калибровкой (с помощью кнопки «zero») и с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя)	
Диапазон измерения VOC:	0...100 % чистоты воздуха; относительно калибровочного газа; переключение диапазонов измерения (при помощи DIP-переключателя) – VOC: low, medium, high	
Выход VOC:	0–10 В (0 В = чистый воздух, 10 В = загрязненный воздух) или 4...20 мА (при помощи DIP-переключателя; порог срабатывания, настраиваемый в пределах от 0 до 100 % от выходного сигнала)	
Погрешность измерения VOC:	± 20 % верхнего предельного значения (относительно калибровочного газа)	
Долговечность:	> 60 месяцев (при нормальной нагрузке)	
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (CO ₂)		
Анализатор CO ₂ :	оптический недисперсионный инфракрасный анализатор (NDIR), с ручной калибровкой (с помощью кнопки «zero»), RTM-CO₂-SD с автоматической калибровкой (фиксированная настройка) Rxx-CO₂-W с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя)	
Диапазон измерения CO ₂ :	RTM-CO₂-SD 0...2000 млн ⁻¹ (фиксированная настройка) Rxx-CO₂-W 0...2000 млн ⁻¹ или 0...5000 млн ⁻¹ (при помощи DIP-переключателя)	
Выход CO ₂ :	RTM-CO₂-SD 0–10 В (фиксированная настройка) Rxx-CO₂-W 0–10 В или 4...20 мА (при помощи DIP-переключателя)	
Погрешность измерения CO ₂ :	обычно ± 30 млн ⁻¹ и ± 3 % измеренного значения	
Температурная зависимость CO ₂ :	± 5 млн ⁻¹ / °С или ± 0,5 % измеренного значения / °С (зависит от того, что больше)	
Продолжение на следующей странице!		

Продолжение на следующей странице!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		(продолжение)
Зависимость от давления:	±0,13 % / мм рт. ст.	
Долговременная стабильность:	< 2 % за 15 лет	
Газообмен:	диффузия	
Температура окружающей среды:	0 ... +50 °C	
Время выхода на рабочий режим:	прибл. 1 час	
Время срабатывания:	< 2 минут	
Эл. подключение:	0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам	
Корпус:	пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет – чистый белый (аналогичен RAL 9010), опционально – высококачественная сталь V2A (1.4301)	
Размеры:	98 x 98 x 33 мм (Baldur 2)	
Монтаж:	настенный монтаж или на монтажной коробке, Ø 55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу	
Класс защиты:	III (согласно EN 60730)	
Степень защиты:	IP 30 (согласно EN 60529)	
Нормы:	соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2014 / 30 / EU «Электромагнитная совместимость», директива 2014 / 35 / EU «Низковольтное оборудование»	
Опционально:	дисплей с подсветкой , двухстрочный, вырез ок. 36 x 15 мм (Ш x В), для индикации измеренной влажности, температуры, измеренного качества воздуха и/или содержания углекислого газа	

AERASGARD® RTM-CO ₂ -SD	Датчик температуры и содержания CO ₂ для помещений, <i>Standard</i>
AERASGARD® RCO ₂ -W	Датчик качества содержания CO ₂ для помещений, <i>Premium</i>
AERASGARD® RLQ-CO ₂ -W	Датчик качества воздуха (VOC) и содержания CO ₂ для помещений, <i>Premium</i>
AERASGARD® RFTM-CO ₂ -W	Мультифункциональный датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания CO ₂ , <i>Deluxe</i>
AERASGARD® RFTM-LQ-CO ₂ -W	Мультифункциональный датчик для помещений для измерения влажности, температуры, качества воздуха (VOC) и содержания CO ₂ , <i>Deluxe</i>

Тип / WG02	Диапазон изм.		CO ₂	VOC	Комплектация Дисплей	Арт. №. (Baldur 2)
	влажность	температура				
RTM-CO₂-SD			(фиксированная настройка)			
RTM-CO2-SD-U	–	0...+50 °C	0...2000 млн ⁻¹	–	–	1501-61B2-1001-200
RCO₂-W			(переключаемый)			
RCO2-W (без дисплея)	–	–	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	–	W	см. RCO₂-W / RCO₂-SD
RCO2-W-DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	–	W ■	1501-61B0-7321-200
RLQ-CO₂-W			(переключаемый)			
RLQ-CO2-W	–	–	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W	1501-61B1-7301-200
RLQ-CO2-W DISPLAY	–	–	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W ■	1501-61B1-7321-200
RFTM-CO₂-W			(переключаемый)			
RFTM-CO2-W	0...100 % отн. вл.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	–	W	1501-61B6-7301-200
RFTM-CO2-W DISPLAY	0...100 % отн. вл.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	–	W ■	1501-61B6-7321-200
RFTM-LQ-CO₂-W			(переключаемый)			
RFTM-LQ-CO2-W	0...100 % отн. вл.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W	1501-61B8-7301-200
RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY	0...100 % отн. вл.	0...+50 °C	0...2000 / 5000 млн ⁻¹	0...100 %	W ■	1501-61B8-7321-200
Выходы:	0–10 В или 4...20 мА (выбирается при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым для всех выходов) – RTM-CO ₂ -SD в исполнении Standard: 0–10 В — фиксированная настройка!					
Комплектация:	W = с переключающим контактом — исполнение Standard RTM-CO ₂ -SD без переключающего контакта!					
Примечание:	Недопустимо использование данного устройства в качестве элемента системы безопасности!					



DIP-переключатели (Baldur2)		RFTM-LQ-CO ₂ -W	
Чувствительность VOC		DIP 1	DIP 2
LOW		OFF	OFF
MEDIUM (по умолчанию)		ON	OFF
HIGH		OFF	ON
Автоматическая калибровка нуля VOC		DIP 3	
включена		OFF	
выключена (по умолчанию)		ON	
Содержание CO ₂		DIP 4	
0...2000 млн ⁻¹ (по умолчанию)		OFF	
0...5000 млн ⁻¹		ON	
Автоматическая калибровка нуля CO ₂		DIP 6	
включена		OFF	
выключена (по умолчанию)		ON	
Назначение реле		DIP 7	DIP 8
CO ₂ (по умолчанию): 600...1900 / 900...4700млн ⁻¹		OFF	OFF
VOC: 10...95 %		ON	OFF
Температура: +5...+48 °C		OFF	ON
Влажность: 10...95% отн. вл.		ON	ON
Выход		DIP 9	
потенциальный 0–10 В (по умолчанию)		OFF	
токовый 4...20 mA		ON	
Примечание: DIP 5 не задействован!			

ВНИМАНИЕ!

Минимальная концентрация CO_2 в наружном воздухе в озелененных районах с малым количеством промышленных объектов составляет прибл. 350 млн^{-1} (выходное напряжение = $1,75 \text{ В}$ при диапазоне измерения $0 \dots 2000 \text{ млн}^{-1}$ или $0,7 \text{ В}$ при диапазоне измерения $0 \dots 5000 \text{ млн}^{-1}$). Газообмен в чувствительном элементе осуществляется благодаря диффузии. В зависимости от изменения концентрации и скорости потока воздуха вблизи чувствительного элемента реакция прибора на изменение концентрации может происходить с задержкой. При монтаже прибора его расположение необходимо выбирать таким образом, чтобы поток воздуха обтекал чувствительный элемент. В противном случае это может привести к существенному замедлению газообмена вплоть до его остановки.

Автоматическая калибровка измерения содержания углекислого газа — логика автоматической фоновой калибровки (ABC) (по умолчанию)

Автоматическая фоновая логика (automatic background logic) — это технология самокалибровки, подходящая для случаев, когда концентрация CO_2 снижается до уровня свежего воздуха (от 350 до 400 млн^{-1}) минимум трижды в течение 7 дней. Обычно это происходит тогда, когда помещения не используются. Чувствительный элемент достигает своей обычной точности через 24 часа работы в длительном режиме за счет притока свежего воздуха (с содержанием CO_2 400 млн^{-1}). Абберационные погрешности остаются на минимальном уровне при подаче свежего воздуха на чувствительный элемент самое меньше 4 раза в течение 21 дня. Для правильного функционирования логика автоматической фоновой калибровки требует непрерывных циклов работы (более 24 часов).

Ручная калибровка измерения содержания углекислого газа

Ручная калибровка может осуществляться независимо от положения DIP-переключателя (логика автоматической фоновой калибровки). **Перед калибровкой и во время ее выполнения следует обеспечить достаточный приток свежего воздуха (с содержанием CO_2 500 млн^{-1})!**

Калибровка запускается путем нажатия кнопки «Reset CO_2 » (держат нажатой прим. пять секунд).

Запуск сигнализируется миганием светодиода и обратным отсчетом на дисплее (AUTO O).

Затем происходит калибровка.

Эта фаза характеризуется непрерывно включенным светодиодом, а на дисплее отображается обратный отсчет времени (600 секунд) (CAL O).

После успешного окончания калибровки светодиод выключается.



Автоматическая калибровка измерения содержания качества воздуха (по умолчанию)

На протяжении прим. 4 недель фиксируется минимальное выходное значение качества воздуха. По истечении этого интервала времени происходит нормирование выходного сигнала относительно нулевой точки. При этом максимальная величина коррекции ограничена значением на интервал. Таким образом полностью исключаются долговременные дрейфы и обусловленное эксплуатацией старение чувствительного элемента.

Ручная калибровка качества воздуха

Ручная калибровка может осуществляться независимо от положения DIP-переключателя.

Перед калибровкой и во время ее выполнения следует гарантировать достаточный приток свежего воздуха!

Рекомендуется обеспечить приток свежего воздуха по крайней мере за два часа до процесса калибровки.

Калибровка запускается путем нажатия кнопки «Reset VOC» (держат нажатой прим. пять секунд).

Запуск сигнализируется миганием светодиода и обратным отсчетом на дисплее (AUTO O).

Затем происходит калибровка.

Эта фаза характеризуется непрерывно включенным светодиодом, а на дисплее отображается обратный отсчет времени (600 секунд) (CAL O).

После успешного окончания калибровки светодиод выключается.



Общая информация по качеству воздуха

Срок службы чувствительного элемента зависит от типа и концентрации вредных газов, что обусловлено принципом его работы. Его чувствительный слой вступает в реакцию со всеми летучими органическими веществами, что приводит к изменению его электрических свойств. Этот процесс ведет к смещению характеристической кривой. При измерении качества воздуха определяется его общее состояние. У каждого человека свое понимание «плохого» или «хорошего» качества воздуха. Разная нагрузка вредных веществ и их концентрация по-разному влияют на сигнал качества воздуха (от 0 до 10 В). Например: сигаретный дым, аэрозольные дезодоранты, чистящие средства или также различные клеящие материалы для напольных покрытий и облицовки стен и красящие вещества. Повышенная нагрузка растворителей, никотина, углеводородов, пропеллентов и т. д. ускоряют износ/старение чувствительного элемента. В частности, при высокой нагрузке вредных веществ происходит смещение нулевой точки (даже при транспортировке или хранении приборов в нерабочем состоянии). Поэтому ее следует откорректировать на месте, исходя из соответствующих условий или базовой нагрузки. Приборы для измерения качества воздуха различных производителей невозможно сравнить друг с другом из-за разных принципов работы, заданной базовой (нулевой точки) и допустимой нагрузки (усиление/чувствительности). Приборы настраиваются или калибруются согласно указаниям производителя. При этом устанавливаются нулевая точка, конечное значение и максимальная нагрузка. В особых случаях это приводит к превышению диапазона измерения или слишком большой базовой нагрузке приборов (выделяющие газ ковровые напольные покрытия, краска для стен и т. д.). Для измерения или распознавания различных уровней качества воздуха заказчик должен настроить приборы согласно местным условиям, которые отличаются от заданных значений и заводской калибровки. Помните, что в этом случае заводская калибровка сбивается, и соблюдение технических характеристик не гарантируется.

Запуск в эксплуатацию

После включения прибора начинается самотестирование и терморегулирование. Этот процесс длится от 30 до 50 минут в зависимости от условий окружающей среды; в это время выходное аналоговое напряжение отличается от измеренного значения.

Настройка порога переключения

В качестве переключающего выхода доступен беспотенциальный переключающий контакт. Порог переключения настраивается между 10 % и 95 % диапазона измерения с помощью потенциометра SET. Для CO₂ значение, соответствующее 10 %, прибавляется к предельному значению свежего воздуха (400 млн⁻¹). (600...1900 млн⁻¹ при диапазоне измерения 0...2000 млн⁻¹ или 900...4700 млн⁻¹ при диапазоне измерения 0...5000 млн⁻¹) При других измеряемых величинах за основу берется соответствующее нижнее граничное значение. (VOC: 10...95 %, Температура: +5...+48 °C, Влажность: 10...95% отн. вл.) Привязка переключающего выхода к измеряемой величине осуществляется с помощью DIP-переключателя (DIP 7 и DIP 8).

Смещение


Каждый измерительный канал содержит отдельный потенциометр смещения для дополнительной юстировки измеренного значения.

Диапазон настройки составляет прим. ±10 % диапазона измерения.

Индикация на дисплее

В первой строке поочередно отображаются **измеренные значения** с соответствующими **единицами измерения** (CO₂ в ppm, VOC в %, температура в °C, относительная влажность в % р.Н.).

Во второй строке слева в виде круга (заполненный ● = реле с притянутым якорем; пустой ○ = якорь реле отпущен) отображается **состояние переключения реле** вместе с соответствующим **указателем** (C для CO₂; V для VOC; T для температуры; H для относительной влажности в % р.Н.), справа — **значение порога переключения**.



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0–10В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.

Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением **постоянного тока**, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36В) и UB–/ GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24В **переменного тока**, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения (–) = опорного потенциала (синфазное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциалу!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

Следите за правильностью проводки!

Схема соединения

Одиночное подключение

Power supply
AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND




Схема соединения

Параллельное подключение

Power supply
AC 24V~ | 0V
DC 15-36V = | GND




Таблица значений влажности

Диап. вл.: 0 ...100 % отн. вл.

% отн. вл.	U _A В	I _A мА
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2

Продолжение см. справа ...

% отн. вл.	U _A В	I _A мА
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Таблица значений температуры

Диап. темп.: 0...+50 °C

°C	U _A В	I _A мА
0	0,0	4,0
5	1,0	5,6
10	2,0	7,2
15	3,0	8,8
20	4,0	10,4
25	5,0	12,0
30	6,0	13,6
35	7,0	15,2
40	8,0	16,8
45	9,0	18,4
50	10,0	20,0

- Данный прибор допускается применять только в воздухе без конденсата и вредных веществ, при отсутствии пониженного или повышенного давления вблизи чувствительного элемента.
- В случае датчиков для наружной и канальной установки защита чувствительного элемента датчика влажности от возможного скопления пыли обеспечивается металлокерамическим фильтром. В случае загрязнения или забивания пылью данный фильтр нуждается в регулярном техническом обслуживании.
- Пыль и загрязнение могут искажать результаты измерения, поэтому их следует избегать. Незначительные загрязнения и отложения пыли могут быть устранены потоком сжатого воздуха.
- Необходимо всегда избегать прикосновения к чувствительному элементу, поскольку это ведет к значительным погрешностям измерения.
- В случае загрязнения мы рекомендуем очистку и перекалибровку в заводских условиях.
- Категорически недопустим контакт чувствительного элемента с химическими реактивами и чистящими/моющими средствами.
- Сигналы качества воздуха «хор.» ... «плох.» соответствуют выходному сигналу 0–10 В или 4...20 мА.
- Рабочий диапазон прибора составляет 10...95% относительной влажности либо 0...+50 °C. Вне пределов рабочего диапазона возникают ошибки измерения или значительные отклонения.
- Химический чувствительный элемент является расходным материалом. Долговечность чувствительного элемента зависит от типа и концентрации вредных газов.
- При подключении нескольких датчиков к общему источнику напряжения 24В переменного тока следует учитывать полярность; в противном случае возможно короткое замыкание источника переменного напряжения.
- Выходы защищены от короткого замыкания, приложение чрезмерно высокого напряжения (или питающего напряжения к выходу) выводит прибор из строя.
- При эксплуатации прибора вне рабочего диапазона, указанного в спецификации, гарантийные претензии теряют силу.

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:

- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии. Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления) или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно целные приборы в оригинальной упаковке.

Указания по вводу в эксплуатацию:

Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных условиях. Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию и затем на регулярной основе.


Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

AERASGARD® RCO₂-W / RLQ-CO₂-W

AERASGARD® RFTM-(LQ)-CO₂-W / RTM-CO₂-SD

S+S REGELTECHNIK



Zum Öffnen des Gehäuses einen Schraubendreher (2,0) in die Nut mittig ansetzen, nach unten drücken und den Bodenrahmen etwas anheben. Den Deckel nach vorne ziehen und halten.

To open the enclosure, set a screwdriver (2,0) in the groove at centre, press down, and lift up the bottom frame slightly. Pull top cover forward and hold it.

Pour ouvrir le boîtier placer le tournevis (2,0) au centre de l'encoche, pousser vers le bas et soulever légèrement le cadre inférieur. Tirer le couvercle vers l'avant et le maintenir.

Чтобы открыть корпус, вставьте жало отвертки (2,0) в паз по центру, надавите вниз и слегка приподнимите основание корпуса. Крышку сдвигайте вперед, аккуратно удерживая ее.

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.

Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions générales de livraison.

Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию о наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются при самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. Соблюдать действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».

AERASGARD® RCO₂-W / RLQ-CO₂-W

AERASGARD® RFTM-(LQ)-CO₂-W / RTM-CO₂-SD



S+S REGELTECHNIK